

# BILANCERIA COLOMBI

DI COLOMBI GIUSEPPE

Dal 1913



## STRUMENTI PER PESARE

REA MI 588390 • Albo imprese artigiane 103611 • Meccanografico MI253340 • P.IVA 00408140150 • C.F. CLMGPP47D15F2050

Via Lazio, 87 20090 Buccinasco (Milano) ☎ +39 0245713365 📠 +39 0245713381

🌐 [www.bilco.it](http://www.bilco.it) [www.verificaperiodica.it](http://www.verificaperiodica.it) ✉ E-mail: [bilco@bilco.it](mailto:bilco@bilco.it)

### **BILICO ELETTRONICO CON VISUALIZZATORE D160**

#### **CARATTERISTICHE DI BASE D160** (Specifiche dettagliate sezione visori Mod D160) **VISORE**

- carpenteria inox
- display a scarica di gas h effettivi 20 mm ad alta visibilità
- aggancio automatico di zero all'accensione  $\pm 20\%$ .
- alimentazione, tramite alimentatore interno 220VAC 50/60 Hz
- umidità relativa 85% non condensante
- grado di protezione fronte secondo Din 40050 IP 65

#### **7 LED AVVISATORI (associati ad icona) DI**

- centro zero
- tara inserita
- tara bloccata
- peso lordo
- il visualizzato sono pezzi
- entro il campo impostato (selezionatore)
- 2° bilancia (piattaforma)

#### **USCITE/INGRESSI**

##### **Standard**

N° 1 Uscita seriale, RS 232 dedicata alla stampante con possibilità di collegamento, a qualunque tipo di stampante (min 40 colonne), con ingresso seriale, in emulazione IBM o Epson

N° 1 Uscita seriale. RS 232 per PC

N° 1 Uscita seriale RS 485 per PC (in sostituzione alla RS 232 per PC)

#### **ALIMENTAZIONE**

- 220 V alimentatore interno


#### **CARATTERISTICHE MECCANICHE PIATTAFORMA**

- portata della struttura (carpenteria) min. 200% della portata nominale di FS
- gravante su un'unica cella di carico centrale
- portata nominale della cella di carico 200% della portata nominale del FS
- portata max (sovraccarico) ammessa, cella di carico, 150% della portata nominale del FS
- n° 4 blocchi meccanici, antisovraccarico, sui vertici piattaforma
- grado di protezione cella di carico, secondo Din 40050 IP 65
- possibilità di carico dai quattro lati
- piedini di livellamento e messa in piano
- livella
- cavo di collegamento piattaforma visore integrato nella colonna

#### **OPZIONI da richiedere con l'ordine**

- alimentazione 12 V cc da alimentatore satellite
- batteria ricaricabile interna (autonomia circa 10 ore)
- doppia alimentazione 12Vcc + 220V in contemporanea
- batteri box (autonomia circa 30 ore)
- uscita USB 2
- visore D166 IP 67
- cella IP 68
- carrello
- rulliere standard
- piani a rotelle omnidirezionali max 25 kg cad





## STRUMENTI PER PESARE

REA MI 588390 • Albo imprese artigiane 103611 • Meccanografico MI253340 • P.IVA 00408140150 • C.F. CLMGPP47D15F2050

Via Lazio, 87 20090 Buccinasco (Milano) ☎ +39 0245713365 📠 +39 0245713381

🌐 [www.bilco.it](http://www.bilco.it) [www.verificaperiodica.it](http://www.verificaperiodica.it) ✉ E-mail: [bilco@bilco.it](mailto:bilco@bilco.it)

### Bilico elettronico mod BD

Piano Cm	Portata kg	Risoluzione <b>M</b>	Multicampo <b>M</b>		Risoluzione <b>M</b>	Scala variabile <b>M</b>			
		G	1° Campo g	2° Campo g	g	1° Scala kg	ris g	2° Scala kg	ris g
30 x 30	1,5	0,5	----	----	----	----	----	----	----
30 x 30	3	1	0.5	1	0,2	3	0,01	6	0,02
30 x 30	6	2	1	2	0,2	6	0,02	15	0,05
30 x 30	15	5	2	5	0,2	6	0,02	30	0,10
30 x 30	30	10	5	10	1	15	0,05	30	0,10
30 x 30	60	20	10	20	2	3	0,01	30	0,10
40 x 40	30	10	5	10	1	6	0,02	15	0,05
40 x 40	60	20	10	20	2	15	0,05	30	0,10
50 x 50	30	10	5	10	2				
50 x 50	60	20	10	20	5				
50 x 50	150	50	20	50	5				
50 x 50	300	100	50	100	10				
60 x 60	150	50	20	50	10				
60 x 60	300	100	50	100	20				

**M** Strumento omologato, per rapporti con terzi, pesatura fiscale

**M** Strumento ad uso interno, controlli industriali

**M** Scala variabile, strumento ad uso interno, controlli industriali

Ad ogni pressione del tasto tara/zero è creata la tara/zero, riparte la risoluzione della 1° scala  
La funzione, è disponibile per il numero di volte desiderato, fino alla portata massima